



AZOTPROTOKSİT ÇİFT KADEME BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-** Azotprotoksit tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip istenilen gaz çıkışının düzenli bir şekilde akışını sağlayarak ayarlanmasını sağlamalıdır.
- 2-** Tüp bağlantı ölçüsü 3/8" olup yanında 2 adet conta verilmelidir.
- 3-** Azotprotoksit basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları pirinç (ms 58) malezmeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır.
- 4-** Basınç düşürücü kullanım kolaylığı ve ergonomisi açısından iki kademeli tek gövde olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 5-** Basınç düşürücü üzerinde 315 bar giriş basıncını ve 25 bar çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.Ayarlanabilir basıncı max 10 bar olmalıdır.
- 6-** Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısıl işlemden geçirilmiş olmalıdır.
- 7-** Basınç düşürücü çıkış bağlantısı 6 mm ve 8 mm hortuma uygun hortum yeri olmalıdır.
- 8-** Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
- 9-** Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.
- 10-** Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisindedir.
- 11-** Ücret karşılığında 10(on) yıl süre ile yedek parçamız mevcuttur.
- 12-** Basınç düşürücü CE belgelidir.
- 13-** Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır