



KURU HAVA ÇİFT KADEME BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kuru Hava tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip istenilen gaz çıkışının düzenli bir şekilde akışını sağlayarak ayarlanmasını sağlamalıdır.
- 2- Tüp bağlantı ölçüsü 1/2" olup yanında 2 adet conta ve 5/8 ara rekor ile birlikte verilmelidir.
- 3- Kuru Hava basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları pirinç (ms 58) malezmeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır.
- 4- Basınç düşürücü kullanım kolaylığı ve ergonomisi açısından iki kademeli tek gövde olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 5- Basınç düşürücü üzerinde 315 bar giriş basıncını ve 25 bar çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.Ayarlanabilir basıncı max 10 bar olmalıdır.
- 6- Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısı işleminden geçirilmiş olmalıdır.
- 7- Basınç düşürücü çıkış bağlantısı 6 mm ve 8 mm hortuma uygun hortum yeri olmalıdır.
- 8- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
- 9- Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.
- 10-Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisindedir.
- 11-Ücret karşılığında 10(on) yıl süre ile yedek parçamız mevcuttur.
- 12-Basınç düşürücü CE belgelidir.
- 13-Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır